



República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO 2

Nombre Genérico	Equipo Molecular para Virus
Descripción:	<p>Analizador Genético 3500 xL Referencia: 4405633 24 capilares. Estación de trabajo de computadora. Monitor de pantalla plana Software integrado para control de instrumentos. Las matrices de 36 cm y 50 cm. Placas de 96 y 384 pocillos. Voltaje: 100-240 V \pm 10% / 50-60 Hz \pm 10%</p> <p>Cantidad solicitada: (1) unidad.</p>



Dr. Livia De la Cruz





República Dominicana
FICHA TÉCNICA

Año de la Consolidación de la seguridad Alimentaria


CÓDIGO : 1

Nombre Genérico:	Equipo Molecular Para Virus
Descripción:	Magnetic-Particle Processing For DNA/RNA, Protein Or Cell Extraction Molecular. Referencia: 5400620 Equipo de extracción molecular para virus. Con 24 cabezales magnéticos Para 96 muestras con la cabeza de 96 imanes menos de 20 minutos. Fondo (métrico) 60cm. Temperatura de calentamiento From +5°C above ambient temperature to +115°C. Peso (métrico) 28kg. Altura (métrico) 38cm. Tipos de placas: 24 or 96-well plates;;KingFisher 24 Deep Well plate (200 to 5000µL);Microtiter 96 Deep Well plate (50 to 1000µL);KingFisher 96 plate (20 to 200µL);PCR plate (20 to 100µL). Anchura (métrico) 68cm. Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz.



CANTIDAD SOLICITAR

1-UNIDAD



Dr. Lucía de la Cruz

