



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA
ENMIENDA NO.002-2015



Fecha: 12 de junio del año 2015.

Referencia: **MISPAS-CCC-PU-08-2015**

PROCESO DE URGENCIA PARA LA COMPRA DE EQUIPOS, MEDICAMENTOS, MATERIALES, INSUMOS, BOTIQUINES Y MOCHILAS PARA EL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS 9-1-1.

El comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, les informa, que mediante la presente enmienda ha decidido lo siguiente:

Publicar mediante este documento, las fichas técnicas faltantes correspondientes a los ítemes detallados a continuación:

Código: PU-018

Nombre Genérico : **BAJANTE DE SUERO**

Descripción : **BAJANTE DE SUERO**

- convencional, con punzón de conexión a bolsa
- cámara de goteo transparente de filtro de 170 micras
- pieza látex terminal
- fecha de esterilización o vencimiento
- llave reguladora de paso
- conexión luer-lock
- 7con aguja no. 18



República Dominicana

Ministerio de Salud Pública y Asistencia social

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia."

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MISPAS-CCC-PU-08-2015

FICHA TÉCNICA

Código: PU-002

Nombre Genérico : **OXIPACK**

Descripción : **MOCHILA COMPLETA CON CILINDRO PORTATIL DE 500 LTS.**





República Dominicana

Ministerio de Salud Pública y Asistencia social

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia."

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MISPAS-CCC-PU-08-2015

FICHA TÉCNICA

Código: PU-032

Nombre Genérico : **TIRAS GLUCOMETRO 50 UNIDADES**

Descripción : **TIRAS GLUCOMETRO 50 UNIDADES**

- Tiras para la determinación cuantitativamente la concentración de glucosa.
- Presentacion en Frasco de 50 unidades.





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-025

Nombre Genérico : **CATÉTER LV RADIOPACO 14G**

Descripción : **CATÉTER LV RADIOPACO 14G**

- Catéter intravenoso.
- Aguja de acero inoxidable.
- Estéril y desechable.

Código: PU-026

Nombre Genérico : **CATÉTER LV RADIOPACO 16G**

Descripción : **CATÉTER LV RADIOPACO 16G**

- Catéter intravenoso.
- Aguja de acero inoxidable.
- Estéril y desechable.

Código: PU-027

Nombre Genérico : **CATÉTER LV RADIOPACO 18G**

Descripción : **CATÉTER LV RADIOPACO 18G**

- Catéter intravenoso.
- Aguja de acero inoxidable.
- Estéril y desechable.



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-028

Nombre Genérico : **CATÉTER LV RADIOPACO 20G**

Descripción : **CATÉTER LV RADIOPACO 20G**

- Catéter intravenoso.
- Aguja de acero inoxidable.
- Estéril y desechable.

Código: PU-029

Nombre Genérico : **CATÉTER LV RADIOPACO 22G**

Descripción : **CATÉTER LV RADIOPACO 22G**

- Catéter intravenoso.
- Aguja de acero inoxidable.
- Estéril y desechable.



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-031

Nombre Genérico : **BOLSA VÁLVULA MASCARILLA ADULTO**

Descripción : **BOLSA VÁLVULA MASCARILLA (AMBU) ADULTO**

- Máscara con vías de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación.
- Recuperación inmediata de bolsa.
- Sistema de válvula con un sólo obturador.
- Asa de sujeción integrada.
- La bolsa de grosor fino.
- Superficie Segura.
- Puerto de medicación.
- Volumen expulsado una mano 800 ml
dos manos 1.100 ml.
- Volumen del reanimador 1.475 ml.
- Dimensiones (longitud x diámetro) 295 x 127 mm.
- Peso, incl. depósito, tubo de O₂ y mascarilla 314 g.
- Espacio muerto < 6 ml.
- Resistencia inspiratoria sin O₂.
- Máx. 0,50 kPa (5,0 cm H₂O) a 50 l/min.
- Resistencia espiratoria Máx. 0,27 kPa (2,7 cm H₂O) a 50 l/min.



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA

Código: PU-31

Nombre Genérico	: BOLSA VÁLVULA MASCARILLA ADULTO (CONTINUACIÓN)
Descripción	: BOLSA VÁLVULA MASCARILLA (AMBU) ADULTO <ul style="list-style-type: none">- Volumen de depósito de la bolsa de O₂ 2.600 ml.- Conector del paciente.- Externo 22 mm macho (ANSI/ISO).- Interno 15 mm hembra (ANSI/ISO).- Conector espiratorio (para la conexión de la válvula de PEEP) 30 mm macho (ISO).- Fuga anterior y posterior No se puede medir.- MediPort Luer LS 6 estándar.- Temperatura de funcionamiento recomendada de -18 °C a +50 °C.- Almacenamiento Probado a -40 °C y + 60 °C de acuerdo con EN ISO 10651-4:2002 y ASTM F 920-93.





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-030

Nombre Genérico : **CATÉTER LV RADIOPACO 24G**

Descripción : **CATÉTER LV RADIOPACO 24G**

- Catéter intravenoso.
- Aguja de acero inoxidable.
- Estéril y desechable.

Código: PU-014

Nombre Genérico : **DISPOSITIVO CORTA ANILLOS**

Descripción : **DISPOSITIVO PARA CORTAR ANILLOS**

- Acero Inoxidable.





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA




Código: PU-020

Nombre Genérico : **HUMIFICADOR DE OXIGENO**

Descripción : **FLUXOMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXIGENO**

Manómetro (0-250 Kg/cm² - 0-3500 PSI):

- Válvula reguladora
- Flujómetro de bolita en rango de 0 a 15 Litros/minuto
- Vaso humidificador reutilizable con tuerca conectora de bronce y filtro antialérgico.





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-022

Nombre Genérico : MÁSCARA LARÍNGEA

Descripción : MÁSCARA LARÍNGEA O COMBITUBO O FASTRAK

Tamaño:

- Calibre interno del tubo 2.0, 3.0, 4.0, 5.0.

Composición:

- Tubo de ruta de aire.
- Embocadura
- Conector.
- Tubo inflable.
- Válvula piloto balón.
- Desinflador de balón.
- Máscara en silicona 100%.
- Inflable, suave y adaptada a la anatomía de la vía aérea del paciente.
- Tubo de ruta aérea, hecha en PVC no toxico de alta duración, transparente, semirrígido, con superficie suave.
- Superficie lisa y forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea.
- Válvula de insuflación y balón hecha en pvc suave, flexible.
- Conector a fuente de oxígeno rígida para mayor estabilidad.
- Contiene líneas guías radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía.
- Indicador de medida en centímetros.
- Dimensiones del tubo de aire de silicona



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-023

Nombre Genérico : **EQUIPO DE CRICOTIROIDECTOMIA DESECHABLE**

Descripción : **EQUIPO DE CRICOTIROIDECTOMIA DESECHABLE**


- Elaborado con diferentes tipos de plástico.
- Proporcionar un goteo comprendido entre 28 y 32 gotas por minuto.

Código: PU-024

Nombre Genérico : **COLLARINES CERVICALES**

Descripción : **COLLARINES CERVICALES SEMIRRÍGIDOS**

- Realizado en materiales radiotranslúcidos.
- Dos botones de bloqueo de seguridad para mantener el collarín en su sitio al ajustarlo.





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-033

Nombre Genérico : **MASCARAS DE OXIGENO ADULTO**

Descripción : **MASCARAS DE OXIGENO ADULTO**

- Manufacturadas en cloruro de polivinilo grado medico (pvc).
- Cinta elástica para sujetar la mascarilla en la cabeza.
- Empacadas individualmente.
- No estériles y desechables.

Código: PU-034

Nombre Genérico : **MASCARAS DE OXIGENO PEDIÁTRICO**

Descripción : **MASCARAS DE OXIGENO PEDIÁTRICO**

- Manufacturadas en cloruro de polivinilo grado medico (pvc).
- Cinta elástica para sujetar la mascarilla en la cabeza.
- Empacadas individualmente.
- No estériles y desechables.



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA

Código: PU-035

Nombre Genérico : MASCARILLAS OXIGENO CON BOLSA RESERVORIO

Descripción : MASCARILLAS OXIGENO CON BOLSA RESERVORIO

- En PVC no toxico de alta duración transparente, elástico y suave.
- Clip de ajuste en la nariz.
- Reservorio: bolsa de vinilo capacidad de 750cc.
- Válvula de control de baja resistencia, expulsa el aire exhalado.
- Previene reinhalación.
- Tubo conector: de 210cm de largo, que asegura una fácil conexión de la máscara al tubo de oxígeno.
- Correa elástica. Volúmenes de flujo más de 3lit. /min.
- Correa elástica: de 500mm +/- 10mm. Reservorio: de 160mm +/- 5mm x 250mm +/- 5mm.
- Color: verde transparente.





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA

Código: PU-037

Nombre Genérico : **GUANTES**

Descripción : **GUANTES EXAMEN**

- Médiun (M).
- Caja de 100 Unidades.
- Fabricado con látex natural de primera calidad.
- Color blanco.
- Ligeramente empolvado en su interior con polvo de fécula de maíz, absorbible.
- Conforme a la Norma USP estándar.
- Con el extremo del puño rebordeado.
- Cumplir las Normativas: ISO 9001:2000 ISO 13485:2003 ASTM D 3577 EN 455 (Partes 1,2 y 3)
- Máxima calidad AQL 1.0.





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-038

Nombre Genérico : **ALCOHOL ISOPROPÍLICO**

Descripción : **ALCOHOL ISOPROPÍLICO 0.7 SOLUCIÓN**

- Frasco por 1L.
- Concentración 70%.

Código: PU-039

Nombre Genérico : **ALGODÓN**

Descripción : **ALGODÓN ABSORVENTE ROLLO**

- Rollo x 1LB.
- Constituido por fibras de semillas de las variedades cultivadas de *Gossypium hirsutum* o de otras especies de *Gossypium*.
- Libres de impurezas adheridas, desprovistos de materia grasa y blanqueados.



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-040

Nombre Genérico : **BAJA LENGUA**

Descripción : **BAJA LENGUA DE MADERA CAJA**

- Caja de 100 Unidades.
- Manufacturado en madera 100% .
- Largo: 150mm.
- Ancho: 18mm.
- Grueso: 1.6mm.

Código: PU-041

Nombre Genérico : **GASA ESTERIL**

Descripción : **GASA ESTERIL 4x4”**

- Sobre de 5 Unidades.
- Gasas 4x4 estéril.
- 12 capas.
- 9.6 kg.
- 68x30x78 cm



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-042

Nombre Genérico : **JERINGA**

Descripción : **JERINGA 5ml 21x 11/2"**

- Caja de 100 Unidades.
- Jeringa estéril, de un solo uso.
- Elaboradas de polipropileno grado médico.
- En empaque blíster individual, libre de pirógenos.
- Con Pivote Luer lock (rosca) o luer slip (presión) y colocados céntricos o excéntricos.

Código: PU-046

Nombre Genérico : **AGUA PARA INYECTABLE**

Descripción : **AGUA PARA INYECTABLE AMPOLLA**

- Ampolla x 10 ML.
- Disolvente para uso parenteral.
- Líquido transparente e incoloro.
- PH entre 4,0 y 7,0. Agua.



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-047

Nombre Genérico : CÁNULA NASAL OXIGENO ADULTO

Descripción : CÁNULA NASAL OXIGENO ADULTO

- Tubos nasales rectos y suaves.
- Manguera lisa para oxígeno de 2 mts.
- Volumen / Cantidad Total por Presentacion: 6000.

Código: PU-049

Nombre Genérico : CÁNULA NASAL OXIGENO PEDRIÁTICO

Descripción : CÁNULA NASAL OXIGENO PEDRIÁTICO

- Tubos nasales rectos y suaves.
- Manguera lisa para oxígeno de 2 mts.
- Volumen / Cantidad Total por Presentacion: 6000.



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-049

Nombre Genérico : **TUBO ENDOTRAQUEAL**

Descripción : **TUBO ENDOTRAQUEAL B.P NO. 7.5 C/ BALON.**

- Sistema tubular de material plástico histocompatible, transparente, exento de latex, de forma ligeramente curvada con espiral metálica que refuerza el interior del tubo y con marcas de introducción graduadas.
- Con línea radiopaca.
- Extremo distal abierto con punta biselada totalmente atraumática y balón inflable, conectado a balón piloto exterior.
- Extremo proximal con conexión universal de 15 mm. de diámetro, a sistema de ventilación mecánica y línea de inflado. Balón piloto con válvula, conexión Luer.
- En envase individual estéril.
- Balón piloto de gran volumen y baja presión, con válvula BRANCH conexión Luer-Lock.



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MISPAS-CCC-PU-08-2015

FICHA TÉCNICA

Código: PU-050

Nombre Genérico : TUBO ENDOTRAQUEAL

Descripción : TUBO ENDOTRAQUEAL B.P NO. 2.5

- Sistema tubular de material plástico histocompatible,
- Tubo de plástico o silicona, flexible.
- Que no guarde memoria.
- De 3 metros de longitud y 8 x 12 mm de diámetro.
- Conexiones hembra-hembra.
- Ajuste conexiones.
- Exento de látex.
- En envase individual estéril.
- Extremo distal abierto con punta biselada totalmente atraumático y balón inflable de gran volumen y baja presión conectado a balón piloto exterior.
- Extremo proximal con conexión universal de 15 mm. de diámetro a sistema de ventilación mecánica y línea de inflado. Balón piloto de gran volumen y baja presión, con válvula BRANCH conexión Luer-Lock.





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MISPAS-CCC-PU-08-2015

FICHA TÉCNICA

Código: PU-051

Nombre Genérico : **TUBO ENDOTRAQUEAL**

Descripción : **TUBO ENDOTRAQUEAL B.P NO. 3.0**

- Sistema tubular de material plástico histocompatible,
- Tubo de plástico o silicona, flexible.
- Que no guarde memoria.
- De 3 metros de longitud y 8 x 12 mm de diámetro.
- Conexiones hembra-hembra.
- Ajuste conexiones.
- Exento de látex.
- En envase individual estéril.
- Extremo distal abierto con punta biselada totalmente atraumático y balón inflable de gran volumen y baja presión conectado a balón piloto exterior.
- Extremo proximal con conexión universal de 15 mm. de diámetro a sistema de ventilación mecánica y línea de inflado. Balón piloto de gran volumen y baja presión, con válvula BRANCH conexión Luer-Lock.





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MISPAS-CCC-PU-08-2015

FICHA TÉCNICA



Código: PU-052

Nombre Genérico : TUBO ENDOTRAQUEAL

Descripción : TUBO ENDOTRAQUEAL B.P NO. 3.5

- Sistema tubular de material plástico histocompatible,
- Tubo de plástico o silicona, flexible.
- Que no guarde memoria.
- De 3 metros de longitud y 8 x 12 mm de diámetro.
- Conexiones hembra-hembra.
- Ajuste conexiones.
- Exento de látex.
- En envase individual estéril.
- Extremo distal abierto con punta biselada totalmente atraumático y balón inflable de gran volumen y baja presión conectado a balón piloto exterior.
- Extremo proximal con conexión universal de 15 mm. de diámetro a sistema de ventilación mecánica y línea de inflado. Balón piloto de gran volumen y baja presión, con válvula BRANCH conexión Luer-Lock.

Código: PU-053

Nombre Genérico : MARIPOSA

Descripción : MARIPOSA No. 21

- Esterilizadas.
- No toxica. No pirogénica.
- Libre de Latex, que evite reacciones alérgicas.
- Tubo transparente y muy flexible.



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA

Código: PU-054

Nombre Genérico : Sonda NASOGASTRICA

Descripción : Sonda NASOGASTRICA NO. 16

- Sonda radio-opaca de larga permanencia.
- Con puntera semiesférica, estéril y de un sólo uso.

Código: PU-055

Nombre Genérico : Sonda NASOGASTRICA

Descripción : Sonda NASOGASTRICA NO. 18

- Sonda radio-opaca de larga permanencia.
- Con puntera semiesférica, estéril y de un sólo uso.





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA

Código: PU-056

Nombre Genérico : **SONDA FOLEY**

Descripción : **SONDA FOLEY 2 VIAS NO.16**

- Extremo distal recto, con punta cilíndrica hueca, con dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente de 5-15ml.
- Con Línea radiopaca.
- Extremo proximal, doble vía, una conexión universal tipo embudo y otra con válvula de conexión Luer, para llenado del balón.
- Con buen ajuste de conexiones
- Medidas referidas a luz interior.
- En envase individual estéril.





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MISPAS-CCC-PU-08-2015

FICHA TÉCNICA

Código: PU-057

Nombre Genérico : PAPEL PARA CAMILLA

Descripción : PAPEL PARA CAMILLA ROLLO

- Gramaje (UNE-EN-ISO 536): 44 gr./m2.
- Espesor(UNE-EN 20534): 0,165 mm.
- Densidad aparente (UNE-EN 20534): 0,267 g/cm3
- Resistencia a la tracción en húmedo (UNE 57030 ISO 3781): SL >0,260 ST >0,250 Kn/m
- Resistencia al paso del aire, método Gurley (UNE 57065): 1,4 s
- Permeabilidad al aire (une 57066): 100 cm3/Ns
- Resistencia a la tracción (UNE 57028 ISO 1924/1): SL >0,90 ST >0,85 kN/m
- Longitud de rotura (UNE 57028 ISO 1924/1): SL >2 ST >1,97 km
- Alargamiento a la rotura (UNE 57028 ISO 1924/1): SL 10,5 ST 2,7 %
- Retención en húmedo/seco (UNE 57030 ISO 535): 28,8%
- Ascensión capilar del agua. Método Klemm (UNE 57044): SL > 40 ST > 50
- Propiedades: Papel para protección de camillas 44 gr./m2





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MISPAS-CCC-PU-08-2015
FICHA TÉCNICA



Código: PU-058

Nombre Genérico : **ELECTRODO PARA MONITORIZACION**

Descripción : **ELECTRODO PARA MONITORIZACION**

- Para diagnóstico ECG de 12 derivaciones en reposo.
- Presentados en grupos de 10 unidades.
- De reducido tamaño pero con una fuerte adherencia a la piel del paciente.
- Exentos de PVC y látex.
- Dotados de gel sólido y lámina de grafito.
- Dimensiones: 35 x 21 mm

Código: PU-059

Nombre Genérico : **CLAMP UMBILICAL**

Descripción : **CLAMP UMBILICAL CAJA**

- Para la hemostacia del cordón umbilical.
- Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Oxido de Etileno



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MISPAS-CCC-PU-08-2015


FICHA TÉCNICA



Código: PU-060

Nombre Genérico : PARCHES DE DEA

Descripción : PARCHES DE DEA.





Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MISPAS-CCC-PU-08-2015

FICHA TÉCNICA



Código: PU-061

Nombre Genérico : **SABANA DESECHABLE**

Descripción : **SABANA DESECHABLE**

- Fabricada con tela no tejida.
- Dimensiones: 90 x 1.8 MT.
- Ligera, suave y cómoda.
- Desechable.

Código: PU-062

Nombre Genérico : **BOLSA COLECTORA DE ORINA**

Descripción : **BOLSA COLECTORA DE ORINA 2L UNIDAD.**

- Bolsa colectora de orina, de polímero plástico transparente con válvula anti-retorno.
- Capacidad 2000 cc.
- Con escala medidora de 100cc.
- Tubo de polímero plástico, de 90 cm de longitud como mínimo, flexible, transparente y antia-codable. El extremo distal con conexión universal, superficie interior lisa y exterior con muescas, con capuchón protector de la conexión.
- Sistema incorporado para colgar en soporte.
- En envase individual estéril.



COMITÉ DE COMPAS Y CONTRATACIONES