

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Unidad Operativa Compras y Contrataciones MISPAS
CIRCULAR No. 001

TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS.

PROCESO DE URGENCIA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE TOMÓGRAFO DEL HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO PROFESOR JUAN BOSCH Y COMPRA DE VENTILADORES PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIVERSOS HOSPITALES DEL TERRITORIO NACIONAL.
REFERENCIA: (MISPAS-CCC-PU-05-2015).

El Comité de Compras y Contrataciones de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social les informa que, en fecha 29 de abril del año en curso recibimos la siguiente pregunta:

1. ¿Con relación a la garantía de seriedad de la oferta, puede ser una fianza de póliza de seguro o es una garantía bancaria?

RESPUESTA: El Comité de Compras y Contrataciones **aclara** que la garantía de seriedad de la oferta puede ser mediante una póliza emitida por una entidad local de reconocida solvencia en el país.

2. ¿Los 30 ventiladores deben tener la misma configuración? Es decir, capacidad para ventilar pacientes neonatos, pediátricos y adultos los 30?

RESPUESTA: El Comité de Compras y Contrataciones **aclara** que el Modo de ventilación: VC-CMV VC-SIMV VC-AC VC-MMV PC-CMV PC-CMV PC-BIPAP1) SIMV PC-SIMV PC-AC PC-APRV SPN-CPAP/PS SPN-CPAP-VS SPN-CPAP SPN-PPS.
Tipo de paciente: Adulto, niño, neonato.

3. ¿Podríamos presentar 2 propuestas con 2 modelos de ventiladores diferentes pero que cumplen con las especificaciones?

RESPUESTA: El Comité de Compras y Contrataciones **aclara** que pueden ser presentadas las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas presentadas en el proceso.



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MISPAS