



PROCESO NO.
MISPAS-CCC-LPN-2019-0017
NO. DOCUMENTO
085



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MSP

CIRCULAR NO. 085

Miércoles 9 de octubre del año 2019
Santo Domingo D.N.

PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LAS AMBULANCIAS DEL 9-1-1/CRUE, PROCESO DE REFERENCIA MISPAS-CCC-LPN-2019-0017.


El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, **INFORMA** a todos los interesados en participar en el proceso de Licitación Pública Nacional para la **“ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LAS AMBULANCIAS DEL 9-1-1/CRUE”** de referencia: MISPAS-CCC-LPN-2019-0017, que se han recibido las siguientes preguntas:

Pregunta No.01: Sobre Ventilador portátil para ambulancias ustedes solicitan el modelo P310, sin embargo, no deberían limitar a un solo modelo de una marca en específico pues esto va contra la ley de compras y contrataciones. El equipo solo debe de mostrar las especificaciones técnicas que ustedes requieren, sin limitación de marcas modelos.

Respuesta No.01: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social **INFORMA** que estamos indicando marcas debido a que las ambulancias que maneja el Ministerio de Salud Pública son Mercedes Benz y Fiat Ducato, las mismas vienen con dichos equipos y al momento de reemplazar uno de estos debe de ser por el mismo que traen las unidades, ya que traen unos conectores y un cableado los cuales vienen adaptados de fábrica, propios para dichas unidades, en su defecto pueden entregar una certificación de ambas casas comerciales que haga constar la compatibilidad de sus equipos a los fines de mantener las garantías.

Pregunta No.02: Desfibrilador DEA la ficha se limita a describir el equipo sin embargo no tiene especificaciones técnicas que nos permitan hacer una propuesta que cumpla con sus requerimientos reales, favor ampliar especificaciones técnicas.

Respuesta No.02: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social **INFORMA** las siguientes especificaciones Descripción: Tecnología bifásica, algoritmo DEA para pacientes adultos y pediátricos, energía 200 J para adultos y 50 j para niños, mensajes audibles y visuales para guiar al usuario durante la actuación, que el protocolo de RCP sea configurable, batería de Litio con una autonomía superior a 400 descargas, resistente para su uso en todo tipo de ambientes, portátil y ligero para un fácil traslado en cualquier situación.





PROCESO NO.	
MISPAS-CCC-LPN-2019-0017	
NO. DOCUMENTO	
085	



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MSP

CIRCULAR NO. 085

El desfibrilador externo semiautomático es un dispositivo extremadamente fácil y sencillo de utilizar diseñado especialmente para poder tratar a las víctimas de una parada cardíaca dentro de los primeros minutos.

Pregunta No.03: Sobre el aspirador de secreciones, ustedes solicitan el modelo ACCUVAC (que corresponde a la marca Weimann), sin embargo, no deberían limitar a un solo modelo de una marca en específico pues esto va contra la ley de compras y contrataciones. El equipo solo debe de mostrar las especificaciones técnicas que ustedes requieren, sin limitación de marcas modelos. Adicional, la ficha se limita a describir el equipo y sus ventajas, sin embargo, no tiene especificaciones técnicas que nos permitan hacer una propuesta que cumpla con sus requerimientos reales, favor ampliar especificaciones técnicas.

Respuesta No.03: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social **INFORMA** que estamos indicando marcas debido a que las ambulancias que maneja el Ministerio de Salud Pública son Mercedes Benz y Fiat Ducato, las mismas vienen con dichos equipos y al momento de reemplazar uno de estos debe de ser por el mismo que traen las unidades, ya que traen unos conectores y un cableado que vienen adaptados de fábrica, propios para dichas unidades, en su defecto pueden entregar una certificación de ambas casas comerciales que haga constar la compatibilidad de sus equipos a los fines de mantener las garantías

Pregunta No.04: El monitor de signos vitales tiene la descripción técnica de un desfibrilador. Favor colocar las especificaciones requeridas para este tipo de producto, pues las actuales no corresponden.

Respuesta No.04: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social **INFORMA** la ficha técnica están elaboradas en base a los requerimientos de las unidades de ambulancias Mercedes Benz y Fiat Ducato, debe ser un desfibrilador EKG entre otras funciones que nos ofrece un solo equipo, el mismo viene con las unidades para utilizarlas junto a los demás equipos de las ambulancias avanzadas, Unidades de Cuidados Intensivo (UCI), cabe resaltar que todos los equipos ya mencionados pueden ser usados fuera de las unidades ya que son portátiles y de fácil manejo para los paramédicos.

Pregunta No.05: El Ventilador, ustedes solicitan los modelos MEDUMAC Y MEDUCOR, sin embargo, no deberían limitar a un solo modelo de una marca en específico pues esto va contra la ley de compras y contrataciones. El equipo solo debe de mostrar las especificaciones técnicas que ustedes requieren, sin limitación de marcas modelos. Adicional, la ficha se limita a



PROCESO NO.
MISPAS-CCC-LPN-2019-0017
NO. DOCUMENTO
085

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MSP

CIRCULAR NO. 085

describir el equipo y sus ventajas, sin embargo, no tiene especificaciones técnicas que nos permitan hacer una propuesta que cumpla con sus requerimientos reales, favor ampliar especificaciones técnicas.

Respuesta No.05: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social **INFORMA** que estamos indicando marcas debido a que las ambulancias que maneja el Ministerio de Salud Pública son Mercedes Benz y Fiat Ducato, las mismas vienen con dichos equipos y al momento de reemplazar uno de estos debe de ser por el mismo que traen las unidades, ya que traen unos conectores y un cableado que vienen adaptados de fábrica, propios para dichas unidades, en su defecto pueden entregar una certificación de ambas casas comerciales que haga constar la compatibilidad de sus equipos a los fines de mantener las garantías


Pregunta No.06: Tengo a bien hacer referencia al proceso “Adquisición de Equipos Médicos para la Ambulancia del 9-1-1/CRUE”, de Referencia: MISPAS-CCC-LPN-2019-0017, para solicitar nos compartan el cronograma de entrega estimado, así como el lugar donde serán entregados dichos equipos.

Respuesta No.06: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social **INFORMA** que según los pliegos de condiciones los bienes adjudicados su entrega será completa y de **manera inmediata a la orden de compras y/o firma del contrato** en el área del almacén del MSP.

Pregunta No.07: El motivo del presente correo es para solicitarles la rectificación de los equipos, ya que en la ficha técnica aparece dos monitores de signos vitales y dos ventiladores no específicos en la lista de bienes cuál de los dos equipos se estarán cotizando.

Respuesta No.07: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social **INFORMA** que se está cotizando los dos equipos: Monitor de signos vitales ECG 8 unidades, Monitor de Signo Vitales 15 unidades, ventiladores portátiles para ambulancia 08 unidades y ventilador 15 unidades.

Todo esto en cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del año 2006 modificada por la Ley No. 449-06 de fecha seis (6) de diciembre 2006 y su Reglamento de Aplicación el Decreto No. 543-12 del 06 de septiembre del año 2012.





PROCESO NO.
MISPAS-CCC-LPN-2019-0017
NO. DOCUMENTO
085

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MSP

CIRCULAR NO. 085

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MSP



