

	VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA	Código:
		Versión:
	Ficha Técnica	Fecha Revisión: Noviembre 2020
		Proceso: Gestión Administrativa

Unidad Requiriente	Persona de Contacto	Flota/ Teléfono		
División de Crónicas	Daniel Mola de Oleo	809-884-2924		
Correo Electrónico		Extensión		
daniel.mola@ministeriodesalud.gob.do		9116		
Denominación del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida		
Tira reactiva de orina para uroanálisis	1500	Frasco		
Usos	Composición y/o Material			
Prueba rápida de orina que ayuda en el diagnóstico de infecciones en el aparato urinario, enfermedades del riñón y enfermedades de otros órganos (como por ejemplo el hígado) evidenciadas por la aparición de metabolitos anormales y otros cambios en la orina.	Frasco con 100 tirillas de material plástico o papel, de aproximadamente 5 milímetros de ancho			
Especificaciones Técnicas				
<ul style="list-style-type: none"> o Formato: Tira o Método: Indicador de color o Procedimiento de prueba: Manual o Temperatura de almacenamiento: 15-30°C o Resultados cualitativos y semicuantitativos rápidos. 				
<table border="1"> <tr> <th>Elaborado por</th> <th>Fecha</th> </tr> <tr> <td>Daniel Mola</td> <td>Junio 28, 2022</td> </tr> </table>			Elaborado por	Fecha
Elaborado por	Fecha			
Daniel Mola	Junio 28, 2022			